РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **012/2-251**

Штангенциркуль ШЦ-I		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
9924	**08101117**	**41093-09**

Назначение: измерение длинны, толщины, глубины

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **± 0,05 мм** Диапазон: **(0 - 250) мм**	к. 155

Результаты первичной поверки от 27.06.2012 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует		

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
343691	27/06/12	(0 - 250) мм; ± 0,05 мм
445850	16/09/13	(0 - 250) мм; ± 0,05 мм